

МЕТОД ПЕСКОЗАГРУЗОЧНОГО АППАРАТА

СТАНДАРТЫ: ASTM D1556 | AASHTO T191 | NF P94-061-3 | CNR N° 22 | UNE 7371

Используется для определения на месте плотности мелкодисперсного плотного грунта.

Испытание заключается в выемке и взвешивании пробы грунта из лунки. Образовавшуюся лунку затем заполняют сухим песком из контейнера.

Доступны три версии Ø 4 "6.5" 12 ", каждая из которых подходит для разных размеров зерна. Модель S231KIT Ø 12 "рекомендуется для крупнозернистой почвы и гравия (диаметром более 38 мм).

Комплект состоит из:

- Металлического двойного конуса с клапаном, оцинкованного для защиты от ржавчины.
- Металлического листа-основания с центральным отверстием для установки конуса, оцинкованного.
- Двух пластиковых бутылей 5 л. (Одним бутлем вместимостью 15 л. В комплекте с устройством фиксации конуса для модели S231 KIT).

Калибровочный контейнер является аксессуаром, заказываемым отдельно.



Модель	Диаметр дюйм/ мм	Двойной конус с клапаном	Метал лист-основание	Бутыль пластиковый	Габариты мм	Масса кг	Калибровочный контейнер (опционально)
S234-10 KIT	4" (101,6 мм)	S234-11	S234-12	V121 (2)	190x190x500	2,300	S234-13
S234 KIT	6,5" (165,1 мм)	S234-05	S234-06	V121 (2)	305x305x600	3,350	S234-01
S231 KIT	12" (304,8 мм)	S231-05	S231-06	S231-11 (1)	620x620x920	13,600	S231-01

Примечание: все принадлежности можно заказать отдельно.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

S235N СТАНДАРТНЫЙ ПЕСОК для испытаний, крупностью мин. 300 макс. 600 микрон. ASTM, AASHTO, BS. Мешок 25 кг.

S235-01N СТАНДАРТНЫЙ ПЕСОК, от 0,4 мм до 2 мм. По CNR N° 22. Мешок 25 кг.

